

Hajnówka, 02.10.2022r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka
Tel. 85-682 92 42

**Do wszystkich uczestników
zapytania ofertowego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SP ZOZ w Hajnówce, których wartość nie przekracza 130 000,00 netto na **Dostawę sprzętu medycznego z zakresu rehabilitacji pocovidowej.**
Znak sprawy: **2022/2.1.1/RPC/01**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia zawarte w pakiecie nr 1 oraz pakiecie nr 2 wykonane były z materiału TWS wzmacnianego włóknem szklanym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza, aby urządzenia były wykonane z materiału TWS wzmacnianego włóknem szklanym.

Zatwierdził:
Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce
Grzegorz Tomaszuk